

日常点検表

点検機器名称

高圧蒸気滅菌器 TC-260E

(株)タマノ 2403_Ver1

年 月～

点検結果の記入は、○(異常なし)・×(異常あり)でおこなう。

点検内容		/	/	/	/	/	/
点検項目	作動前	滅菌器に損傷がないこと(ふたパッキンなど)					
		滅菌器の設置状況に不備がないこと (電源コード・オーバーフローホースなど)					
		滅菌器の周囲に火気等がないこと					
		前回工程完了より10分以上経過していること					
		缶内フィルター、水槽内フィルターに汚れがないこと					
		被滅菌物の滅菌条件が本器と合致していること					
		扉に被滅菌物の挟み込み等なく、ハンドルが 止まるところまでしっかりと閉まっていること					
		乾燥タイマーの時間設定が適切であること					
	作動中	水漏れ、蒸気漏れのしないこと					
		滅菌工程の缶体圧力は？	Mpa	Mpa	Mpa	Mpa	Mpa
作動後	缶体圧力計が0であることを確認し 滅菌物を取り出すこと						
作動開始時刻		:	:	:	:	:	:
滅菌物取り出し時刻		:	:	:	:	:	:
点検者							
備考							